Hőmérő ellenőrzési napló

Vállalkozás neve: _____

Helyszín (telephely, jármű): _____

Megengedett eltérés (HACCP-terv, °C): _____

Minden szondát ellenőrizz jeges vízben (0 °C körüli értéket kell mutatnia) és forrásban lévő vízben (tengerszinten 100 °C körülit, magasabban kevesebbet). Ha az eltérés nagyobb a megengedettnél, ne használd a hőmérőt, cseréld le vagy kalibráltasd, és írd be, mit tettél.

Dátum	Hőmérő (szám, típus)	Jeges víz °C	Forrásban lévő víz °C	Megfelelt (I/N)	Mit tettünk, ha nem?	Ellenőrizte (név, aláírás)

Ingyenes sablon: www.ezlinego.com/hu/haccp-sablonok. Telefonról egyszerűbb az EZLineGo alkalmazással. A naplót legalább két évig a telephelyen kell tartani (28/2017. (V. 30.) FM rendelet 4. § (1)).